

نتیجه‌ی ارزیابی کیفی اقلام آزمایشگاهی ارسال شده به مرکز تحقیقات آزمایشگاه‌های رفرانس در ماه‌های شهریور و مهر ۱۳۸۴

ردیف	نام نمونه	تولید کننده	نمایندگی	سری ساخت	تاریخ انقضاء	نتیجه
۱	کیت سنجش مرفین به روش TLC	سم فن‌آور	سم فن‌آور	18	2006.12	غیر قابل قبول
۲	آلکالین پیتون واتر	بهار افشان	--	۸۴۰۵	۸۴/۱۲	قابل قبول
۳	کری - بلر	بهار افشان	--	۸۴۰۵	۸۵/۶	قابل قبول
۴	لوله حاوی EDTA	Kima ایتالیا	سدیمان آزما	0245	2006.7	قابل قبول
۵	لوله حاوی سیترات سدیم	Kima ایتالیا	سدیمان آزما	0785	2005.10	قابل قبول
۶	لوله خلاء ۶ میلی لیتری	Kima ایتالیا	سدیمان آزما	0525	2006.8	قابل قبول
۷	نگهدارنده لوله	Kima ایتالیا	سدیمان آزما	--	--	قابل قبول
۸	لوله حاوی EDTA	بهار افشان	--	--	--	غیر قابل قبول
۹	PT	Dede Behring	آبادیس طب آزما	537005	23.5.2007	قابل قبول
۱۰	APTT	Dede Behring	آبادیس طب آزما	527340B	10.4.2007	قابل قبول
۱۱	Anti-A	سینا ژن	--	804088	2007.7	قابل قبول
۱۲	Anti-B	سینا ژن	--	804088	2007.7	قابل قبول
۱۳	Anti-AB	سینا ژن	--	804023	2007.7	قابل قبول
۱۴	Anti-D	سینا ژن	--	804050	2007.7	قابل قبول
۱۵	لوله حاوی EDTA	Mene ایتالیا	طبی پسند	504648	2007.4	قابل قبول
۱۶	کیت HbA2	Globe Diagnostic	بهینه جامعه آزما	AE014AF	2006.7	غیر قابل قبول
۱۷	T3	کاو شیار	کاو شیار	KllooT38405	۸۴/۷/۱۶	قابل قبول
۱۸	Prolactin	کاو شیار	کاو شیار	KllooPRL8405	۸۴/۷/۱۶	قابل قبول
۱۹	LH	کاو شیار	کاو شیار	KllooLH8405	۸۴/۷/۱۶	قابل قبول
۲۰	FSH	کاو شیار	کاو شیار	KllooFSH8405	۸۴/۷/۱۶	قابل قبول
۲۱	PSA	کاو شیار	کاو شیار	KllooPSA8405	۸۴/۷/۱۶	قابل قبول
۲۲	Ferritin	کاو شیار	کاو شیار	KllooFER8405	۸۴/۷/۱۶	قابل قبول
۲۳	T4	کاو شیار	کاو شیار	KllooT48405	۸۴/۷/۱۶	قابل قبول
۲۴	BHCG	کاو شیار	کاو شیار	KllooHCG8405	۸۴/۷/۱۶	قابل قبول
۲۵	TSH	کاو شیار	کاو شیار	KllooTSH8405	۸۴/۷/۱۶	قابل قبول
۲۶	ACTH	ELSA	SCHERINGS	215A	01.09.2005	قابل قبول
۲۷	Ferritin	Medicorp	پریش تشخیص	3358	10.10.2005	قابل قبول
۲۸	Ferritin	کاو شیار	کاو شیار	KllooFER8406	۸۴/۸/۲۹	قابل قبول
۲۹	PSA	کاو شیار	کاو شیار	KllooPSA8406	۸۴/۹/۱۳	قابل قبول

نتیجه‌ی ارزیابی کیفی اقلام آزمایشگاهی ارسال شده به مرکز تحقیقات آزمایشگاه‌های رفرانس در ماه‌های شهریور و مهر ۱۳۸۴

ردیف	نام نمونه	تولید کننده	نمایندگی	سری ساخت	تاریخ انقضاء	نتیجه
۳۰	TSH	کاوشیار	کاوشیار	KllooTsh8406	۸۴/۸/۱۵	قابل قبول
۳۱	HCG	کاوشیار	کاوشیار	KllooHCG8406	۸۴/۸/۲۹	قابل قبول
۳۲	PRL	کاوشیار	کاوشیار	KllooPRL8406	۸۴/۸/۱۵	قابل قبول
۳۳	T3	کاوشیار	کاوشیار	KllooT38406	۸۴/۸/۲۵	قابل قبول
۳۴	LH	کاوشیار	کاوشیار	KllooLH8406	۸۴/۸/۱۵	قابل قبول
۳۵	T4	کاوشیار	کاوشیار	KllooT48406	۸۴/۸/۱۵	قابل قبول
۳۶	FSH	کاوشیار	کاوشیار	KllooFSH8406	۸۴/۸/۱۵	قابل قبول
۳۷	CA-125	Immonotech	کاوشیار	67C	11.10.2005	قابل قبول
۳۸	CA-15-3	Immonotech	کاوشیار	68C	10.10.2005	قابل قبول
۳۹	TSH	Dbc	بینا پژوهش	052460	8.06	قابل قبول
۴۰	FreeT4	DRG	تحقیق گستر	RN-22700	11.06	قابل قبول
۴۱	FreeT4	Diaplus	پاران طب زمان	12Q1D5	4/07	قابل قبول
۴۲	توتال پروتئین	Elitech	پویش تشخیص	05-1493	2/07	قابل قبول
۴۳	ALP(DEA)	Elitech	پویش تشخیص	05-1399	2/08	قابل قبول
۴۴	آمیلاز	Elitech	پویش تشخیص	05-1220	3/08	قابل قبول
۴۵	TSH	dbc	بینا پژوهش	052460	8/06	قابل قبول
۴۶	Free T4	DRG	تحقیق گستر	RN-22700	11/06	قابل قبول
۴۷	Free T4	Diaplus	پاران طب زمان	12Q1DS	4/07	قابل قبول
۴۸	توتال پروتئین	Elitech	پویش تشخیص	05-1493	2/07	قابل قبول
۴۹	ALD(DEEA)	Elitech	پویش تشخیص	05-1399	2/08	قابل قبول
۵۰	آمیلاز	Elitech	پویش تشخیص	05-1220	3/08	قابل قبول
۵۱	BHCG	Diametra	پویش میعاد طب	421	12/06	غیر قابل قبول
۵۲	اوره	پارس آزمو	--	84001	6/06	قابل قبول
۵۳	کالیبراتوربیلی روبین	بهار افشان	--	8109	84/10	غیر قابل قبول
۵۴	بیلی روبین توتال	پارس آزمو	--	84001	12/06	قابل قبول
۵۵	Anti TG	اوروایمیون	بهبکوش	E05024A1	5/06	قابل قبول
۵۶	نوار ادراری ۹ پارامتری	Analyticon	تکونین طب پیما	3450/3217	5/07	قابل قبول
۵۷	T4	پویش میعاد طب	Diametra	434	12/06	قابل قبول
۵۸	TSH	پویش میعاد طب	Diametra	484	2/06	قابل قبول

نتیجه‌ی ارزیابی کیفی اقلام آزمایشگاهی ارسال شده به مرکز تحقیقات آزمایشگاه‌های رفانس در ماه‌های شهریور و مهر ۱۳۸۴

ردیف	نام نمونه	تولید کننده	نمایندگی	سری ساخت	تاریخ انقضاء	نتیجه
۵۹	FSH	پوش میعاد طب	Diametra	479	12/06	قابل قبول
۶۰	PRL	پوش میعاد طب	Diametra	450B	10/06	غیر قابل قبول
۶۱	نوار تست تشخیص حاملگی (از طریق ادرار)	CoRtez	سیستم پزشکی پیشرفته خاور	3-08035	8.2007	قابل قبول
۶۲	کیت ASO	BIOKIT	فارمدآوران سبز	A-4205	2.4.2006	قابل قبول
۶۳	کیت CRP	BIOKIT	فارمدآوران سبز	D-3805	15.11.2006	قابل قبول
۶۴	کیت RF	BIOKIT	فارمدآوران سبز	D-2705	10.07.2006	قابل قبول
۶۵	کیت RPR	BIOKIT	فارمدآوران سبز	B-5005	8.05.2006	قابل قبول
۶۶	Anti HCV	CLINOTCH	فریارسپید	81305	10.2006	قابل قبول
۶۷	نوار تست تشخیص حاملگی (از طریق ادرار)	Woundfo	کاراطب نور	W1050709	17.07.2007	قابل قبول
۶۸	کیت بروسلاز (IgG)	IBL	نیما پوش طب	BRG-148	3.2006	قابل قبول
۶۹	کیت میکوپلاسما (IgG)	IBL	نیما پوش طب	MPG-139	6.2006	قابل قبول
۷۰	کیت تشخیص EBV	IBL	نیما پوش طب	EBG-149	2.2006	قابل قبول
۷۱	کیت تشخیص آنتی انسولین	AESKU	سامان تجهیز نور	05110	9.2006	قابل قبول
۷۲	کیت HCV	Golden	یلران کوثر	C 35820	JUL.2006	قابل قبول
۷۳	کیت HIV	Golden	یلران کوثر	135820	JUL.2006	قابل قبول
۷۴	HBS Ag	Golden	یلران کوثر	B32820	JUL.2006	غیر قابل قبول
۷۵	RA/CCP	AESKU	سامان تجهیز نور	05220	12.2006	قابل قبول
۷۶	LKML	AESKU	سامان تجهیز نور	05140	10.2006	قابل قبول
۷۷	T T g-A	AESKU	سامان تجهیز نور	04506	10.2006	قابل قبول
۷۸	HBSAg	LG	فریارسپید	5001A	APR.06	غیر قابل قبول
۷۹	HCV.Ag	LG	فریارسپید	5003	MAY.06	قابل قبول
۸۰	HBS.Ag	Shin jinmedics	آریان طب ماهان	EX001	03.01.2006	غیر قابل قبول
۸۱	HCV Ab	Shin jinmedics	آریان طب ماهان	EX002	19.01.2006	غیر قابل قبول
۸۲	کنترل نوار ادراری	بهار	--	تولید اولیه	1385/8/30	غیر قابل قبول
۸۳	سرم کنترل	میثاق تلاشگران	--	تولید اولیه	2006/1/1	قابل قبول